

平成27年7月吉日

お客様各位

 株式会社 **林 寺 メディノール**

〒920-0947 石川県金沢市笠舞本町 2-26-7

Tel : 076-222-6531 Fax : 076-222-2922

変更のご案内

拝啓

時下ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社より販売致しておりますメドコンプ血管留置カテーテルシステム及びメドコンプブラッドアクセス用カテーテルのセット内容品のイントロデューサー・カテーテルに下記の変更がありますことをお知らせ致します。

なお、対象製品、対象ロットについては在庫がなくなり次第切り替えて参りますので、ご不明な点は弊社営業担当者にお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

変更内容：イントロデューサー・カテーテルの POROUS PLUG について以下の通り変更致します。

【変更前】 POROUS PLUG あり



【変更後】 POROUS PLUG なし



以上